

仕 様 書

1 購入物品及び数量

クリーンベンチ一式

2 納入期限

令和5年11月17日

3 納入場所

公立大学法人福島県立医科大学附属病院生殖医療センター

4 購入内訳

別記のとおり

5 その他

- (1) 運送、搬入、据付、試運転、機器調整等を行い、使用可能な状態で引き渡すこと。なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (2) 必要に応じ、電気、ガス、排気等の接続を行うこと、なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (3) 納入の際は、事前に納入予定日時を発注者の指示する職員と協議の上、指示する場所に設置すること。不要な梱包材等の撤去は、受注者が行うこと。
- (4) 購入物品の運用及び管理に必要な事項について、最終検収前に発注者の指示する職員に対し、必要十分な知識及び技術について指導するものとする。ただし、その実施場所、時期、内容等は別に協議の上定め、指導に要する資材及び経費等は受注者が負担するものとする。
- (5) 受注者は、併せて発注者の指示する職員に対して、購入物品の取扱、操作、日常の保守点検等について、必要な技術指導を行うものとする。
- (6) 保証期間は納入後最低1年間とし、通常使用により故障・不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理、調整を行うこと。

別記

品名・規格・品質等	数量	単位
オリジオ・ジャパン株式会社 垂直気流式クリーンベンチ Fortuna WF1900DE	1	式
【構成】 テーブル高さ 800mm		
チャンバー内電源口数 2口 ※標準機能より除振機能を除く		
ヒートガラス×2 ヒートステージ×2		
実体顕微鏡用 LED 光源×2 21.5 インチ LCD モニタ		
加温加湿ガス供給機構×2 電源仕様 100V Max12A50/60Hz		
重量 180kg 照明 LED 加工 LED-WF1900		
LED 灯×1 内部回路変更		
オリンパス 実体顕微鏡 SZX16	1	式
【構成】 ズーム本体 SZX2-ZB16 ×1		
三眼鏡筒 SZX2-TR30 ×1 接眼レンズ WHN10X-H ×2		
粗微動昇順装置 SZX2-FOF ×1 0.8 倍対物レンズ SDFPLAPO0.8XPF		
マルチインターフェースデジタルカメラ D-Camera2	1	式
【構成】 センサータイプ: カラーCMOS		

チップサイズ: 1/2.5 画素数: 500 万画素		
解像度: 最大 2592×1932 フレームレート: 最大 30 フレーム		
デスクトップ PC		
【構成】		
PC 本体	1	式
OS: Windows 11 home CPU: Core i7-11700F プロセッサ		
メモリ: 16GB HDD: 512GB		
モニター無し キーボード、マウス		
調整費(機器の調整等)	1	式